



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 марта 2012 года № ФСЗ 2012/11791

На медицинское изделие  
Дозаторы пипеточные электронные Erpendorf Xplorer® с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"Эппендорф АГ", Германия,  
Erpendorf AG, Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg, Germany

Производитель  
"Эппендорф АГ", Германия,  
Erpendorf AG, Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg, Germany

Место производства медицинского изделия  
Erpendorf AG, Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg, Germany

Номер регистрационного досье № 45210 от 15.11.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5240

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 27 марта 2012 года № 1405-Пр/12,  
и приказом от 30 декабря 2016 года № 15154 о замене  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0029121

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 марта 2012 года № ФСЗ 2012/11791

Лист 1

На медицинское изделие

**Дозаторы пипеточные электронные Eppendorf Xplorer® с принадлежностями:**

Варианты исполнения:

1. Дозаторы электронные переменного объема одноканальные.
2. Дозаторы электронные переменного объема восьмиканальные.
3. Дозаторы электронные переменного объема двенадцатиканальные.

Принадлежности:

1. Руководство по эксплуатации дозаторов Eppendorf Xplorer®.
2. Сертификат.
3. Литий-полимерный аккумулятор.
4. Источник питания.
5. Набор адаптеров для подключения источника питания к розеткам разных типов (4 адаптера в наборе).
6. Компакт-диск с краткой инструкцией пользователя.
7. Компакт-диск с расширенной инструкцией пользователя.
8. Блокирующее кольцо для подпружиненных конусов одноканальных пипеток Eppendorf Xplorer < 1000 мкл.
9. Красная регулировочная прокладка – не более 5 штук.
10. Многоканальное устройство для снятия прокладок с конусов у многоканальных пипеток Eppendorf Xplorer от 100 мкл.
11. Приспособление для снятия крышки с многоканальной части у многоканальных пипеток Eppendorf Xplorer 1200 мкл.
12. Защитные фильтры для пипеток объемом 5 мл и 10 мл – не более 5 штук.
13. Ключ для пипеток объемом 5 мл и 10 мл для открытия нижней части.
14. Зарядный стенд для зарядки одного электронного дозатора.
15. Штатив типа «карусель» для одновременной зарядки четырех дозаторов.
16. Одноразовые наконечники в штативах – не более 10 штативов.
17. Одноразовые наконечники в пакетах – не более 2 упаковок (пакетов).
18. Одноразовые наконечники с фильтром в штативах – не более 10 штативов.
19. Ручка в форме дозатора.

z

Приказом от 30 декабря 2016 года № 15154 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0031410